



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0358

常州检验检测标准认证研究院
Changzhou Institute of Inspection Testing Standardization and Certification

校 准 证 书

Calibration Certificate

证书编号: 721003233-010 号
Certificate No.



委托方

Customer

常州天策电子科技有限公司

委托方地址

Address of Customer

常州市武进区科教城创研港1号楼A座901室

样品名称

Name of Instrument

分布式薄膜压力传感器

型号/规格

Type /Specification

CN1211_500PSI

样品编号

Sample No.

17KROC50045

制造单位

Manufacturer

常州天策电子科技有限公司

(证书/报告专用章)



校准
Calibrated by

李峥

核验
Checked by

凌年

批准
Approved by

李志峰

批准日期
Authorize Date

2021 - 10 - 15

样品接收日期

Date of Received

2021

年 10 月 15 日
Year Month Day

校准日期

Date of Calibrated

2021

年 10 月 15 日
Year Month Day

地址: 常州市武进区西湖路2-18号

Address

邮政编码: 213164

Post code

电话: 4008580800

Tel.

网址: <http://www.cztsi.com>

Website

监督电话: 0519-86290020

Tel. for Complain

传真: 0519-81002098

Fax.

说 明

Directions

编号：第 721003233-010 号

No.

第 2 页 共 3 页

Page

of

本实验室是国家法定计量检定机构，计量授权证书号：（苏）法计（2020）1004号、（苏）法计（2019）2059号。

This laboratory is a national legal metrological verification institute. Authorization certificate: (苏)法计(2020)1004号、(苏)法计(2019)2059号。

本次校准的技术依据：

Reference documents for the Calibration

JJG 455-2000 《工作测力仪检定规程》

本次校准所使用的主要计量器具：

Major measuring instruments used in the Calibration

名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度或准确度等级或最大误差 Uncertainty or Accuracy Class or MPE.	证书编号/溯源机构 Certificate No./Testing institute	有效期至 Due Date
微机控制电子万能试验机	(1~100) kN	0.5级	20216000328001-001/ 常州检验检测标准认证研究院	2022-01-05
数显游标卡尺	(0~150) mm	±0.03mm	20216000195002/ 常州检验检测标准认证研究院	2022-01-04

校准地点、环境条件：

Place and environmental conditions of the Calibration

地点： 本院鸣新中路11 1实验室
Place
温度： 20.6 °C
Temperature
相对湿度： 54 %
R.Humidity
大气压： / kPa
Air pressure

校准结果

编号: 第 721003233-010 号

Results of Calibration

第 3 页 共 3 页
Page of

校准点	理论力值	显示值	示值误差	示值允差	重复性	重复性允差	扩展不确定度 U_{rel}
(psi)	(N)	(psi)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
100	16548	92.3	-7.7	±10.0	0.6	2.0	0.7
200	33096	190.6	-4.7		0.4		0.6
300	49644	306.3	2.1		0.8		0.8
400	66192	425.2	6.3		1.5		1.2
500	82740	544.0	8.8		1.1		1.0
备注: 试样受力面积为 24000 mm ²							

以下空白



注: 本校准结果只对所校准样品有效。

Note: The results are only responsible for the items calibration.

2. 未经本实验室书面批准, 不得部分复制本校准证书。

This certificate of calibration shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

3. 本证书未加盖证书/报告专用章无效。

This certificate will be invalid if it is issued without official stamp.